

Specifiche banco di calibrazione

- 1. Trasduttore di pressione differenziale (PX274-0.1DI) Omega**
- 2. Trasduttore di pressione differenziale (PX655-02DI) Omega**
- 3. Camera di calma e supporto per sonda anemometrica**
- 4. Modulo per acquisizione da strumentazione in tensione (NI 9215) Natinal Instruments**
- 5. Ciabatta elettrica multipla**
- 6. Alimentatore APS Single Power Supply (APS3005S) SRA Soldering Products**
- 7. Ponte di Wheatstone (55M05 power pack, 55M01 main unit, 55M10 CTA bridge standards) DISA**
- 8. Stazione per calibrazione trasduttori di pressione KELLER serie 46X**
- 9. Punta idrometrica al nonio utilizzata come supporto per calibrazione sonde ad ultrasuoni HONEYWELL serie 943-M18 F4V-2D-1C0-330E**
- 10. Cavo per connessione sonda anemometrica al ponte di Wheatstone**